

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

Si certifica che questo dispositivo è stato calibrato mediante:

Campione Primario di Potenza Fluke 6100A S.N. 46440

Riferimenti: 100 Vtrms, 50 Hz – 0,5 Atrms, 50 Hz – 3 Atrms, 50 Hz.

Precisione Verificata: +/- 0,25 % del Fondo Scala

Valori letti dopo calibrazione apparato:

RANGE

Valore nominale	Max	Min	Verificato
100 Vtrms	100,25	99,75	
0,5 Atrms	0,50125	0,4980	
3 Atrms	2,9875	3,0125	

Data: _____ Tecnico: _____

S.N. _____

NOTE: Per garantire nel tempo la precisione indicata si consiglia la verifica dello strumento almeno ogni 24 mesi.

Nome Docum.	015-Certificato di calibrazione			Procedure		Schemi		Manuali		Disegni	X	Altro
Realizzato da	LGR	Verificato da	JDM	Approvato da	MBC	Revisione n°	1	del	09/03/2018			

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

Si certifica che questo dispositivo è stato calibrato mediante:

Campione Primario di Potenza Fluke 6100A S.N. 46440

Riferimenti: 100 Vtrms, 50 Hz – 0,5 Atrms, 50 Hz – 3 Atrms, 50 Hz.

Precisione Verificata: +/- 0,25 % del Fondo Scala

Valori letti dopo calibrazione apparato:

RANGE

Valore nominale	Max	Min	Verificato
100 Vtrms	100,25	99,75	
0,5 Atrms	0,50125	0,4980	
3 Atrms	2,9875	3,0125	

Data: _____ Tecnico: _____

S.N. _____

NOTE: Per garantire nel tempo la precisione indicata si consiglia la verifica dello strumento almeno ogni 24 mesi.

Nome Docum.	015-Certificato di calibrazione			Procedure		Schemi		Manuali		Disegni	X	Altro
Realizzato da	LGR	Verificato da	JDM	Approvato da	MBC	Revisione n°	1	del	09/03/2018			